**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1265488 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 8 (1334 Т, 4565678) Үстел**

**Тапсырыс беруші: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 1334 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Үстел, медициналық |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Үстелдер |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: Медициналық үстел |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук" |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Үстелшенің қаңқасы қабырғасының қалыңдығы 1,5 мм, шаршы қималы, өлшемі 20 × 20 мм профильді болат құбырдан жасалып, эпоксидті-ұнтақты бояумен қапталуы тиіс.

Сөрелер қалыңдығы кемінде 0,8 мм тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс.

Үстелшенің беттері механикалық әсерлерге, сынықтардың пайда болуына және дезинфекциялық құралдармен сүрту тәсілі арқылы өңдеуге төзімді болуы тиіс.

Үстелше сұр түсті, із қалдырмайтын резеңкеден жасалған диаметрі 50 мм төрт дөңгелекпен жабдықталуы тиіс. Дөңгелектердің кемінде екеуі тежеуіш механизмдерімен жабдықталуы тиіс.

Әрбір сөреге түсетін рұқсат етілген жүктеме 15 кг-нан аспауы тиіс.

Жәшікке түсетін рұқсат етілген жүктеме, конструкциясында жәшік болған жағдайда, 15 кг-нан аспауы тиіс.

Қаңқаның түсі тапсырыс беруші көрсеткен RAL палитрасына сәйкес орындалуы мүмкін. Түс кодтарының дұрыстығы алдын ала расталуы тиіс.

Үстелше бөлшектелген күйде жеткізіледі.

## Техникалық сипаттамалары

| № | Сипаттаманың атауы | Талап етілетін мәні |
|---|---|---|
| 1 | Бұйымның түрі | Медициналық манипуляциялық үстелше |
| 2 | Қаңқаның материалы | Шаршы қималы профильді болат құбыр |
| 3 | Профильді құбырдың өлшемі, мм | 20 × 20 |
| 4 | Құбыр қабырғасының қалыңдығы, мм | 1,5 |
| 5 | Қаңқаның жабыны | Эпоксидті-ұнтақты бояу |
| 6 | Сөрелердің материалы | Тот баспайтын болат |
| 7 | Сөрелердің қалыңдығы, мм | Кемінде 0,8 |
| 8 | Бетінің төзімділігі | Механикалық әсерлерге, сынықтарға және сүрту тәсілімен қолданылатын дезинфекциялық құралдарға төзімді |
| 9 | Дөңгелектер саны, дана | 4 |
| 10 | Дөңгелектердің материалы | Із қалдырмайтын сұр түсті резеңке |
| 11 | Дөңгелектердің диаметрі, мм | 50 |
| 12 | Тежеуіштері бар дөңгелектер саны, дана | Кемінде 2 |
| 13 | Бір сөреге түсетін рұқсат етілген жүктеме, кг | 15-тен аспауы тиіс |
| 14 | Жәшікке түсетін рұқсат етілген жүктеме, кг | Жәшік болған жағдайда 15-тен аспауы тиіс |
| 15 | Габариттік өлшемдері (Б × Е × Т), мм | 960 × 600 × 430 |
| 16 | Салмағы, кг | 17-ден аспауы тиіс |
| 17 | Сөрелер саны, дана | 2 |
| 18 | Жеткізу түрі | Бөлшектелген күйде |
| 19 | Кепілдік мерзімі | Кемінде 12 ай |

Қол қойған Орынтай Жантөре Нұржанұлы

Қол қойылған күні 28.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1265488**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 8 (1334 Т, 4565678) Стол**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 1334 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Стол, медицинский |
| Наименование категории ОКТРУ | Столы |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Стол медицинский |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук" |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Каркас столика должен быть изготовлен из профильной трубы квадратного сечения размером 20 × 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, с покрытием эпоксидно-порошковой краской.

Полки должны быть изготовлены из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.

Поверхности столика должны быть устойчивы к механическим воздействиям, образованию сколов и воздействию средств дезинфекции при обработке способом протирания.

Столик должен быть оснащён четырьмя колёсами из немаркой серой резины диаметром 50 мм. Не менее двух колёс должны быть оборудованы тормозными механизмами.

Допустимая нагрузка на каждую полку — не более 15 кг.

Допустимая нагрузка на ящик, при его наличии в конструкции, — не более 15 кг.

Цветовое исполнение каркаса может предусматривать варианты по палитре RAL, указанные заказчиком, при условии подтверждения корректности соответствующих кодов цвета.

Столик поставляется в разобранном виде.

**Технические характеристики**

| № | Наименование характеристики | Требуемое значение |
|---|---|---|
| 1 | Тип изделия | Столик медицинский манипуляционный |
| 2 | Материал каркаса | Профильная стальная труба квадратного сечения |
| 3 | Размер профильной трубы, мм | 20 × 20 |
| 4 | Толщина стенки трубы, мм | 1,5 |
| 5 | Покрытие каркаса | Эпоксидно-порошковая краска |
| 6 | Материал полок | Нержавеющая сталь |
| 7 | Толщина полок, мм | Не менее 0,8 |
| 8 | Устойчивость поверхности | К механическим воздействиям, сколам и дезинфицирующим средствам при обработке протиранием |
| 9 | Количество колёс, шт. | 4 |
| 10 | Материал колёс | Немаркая серая резина |
| 11 | Диаметр колёс, мм | 50 |
| 12 | Количество колёс с тормозами, шт. | Не менее 2 |
| 13 | Допустимая нагрузка на одну полку, кг | Не более 15 |
| 14 | Допустимая нагрузка на ящик, кг | Не более 15, при наличии ящика |
| 15 | Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 960 × 600 × 430 |
| 16 | Масса, кг | Не более 17 |
| 17 | Количество полок, шт. | 2 |
| 18 | Поставка | В разобранном виде |
| 19 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |

Подписал Орынтай Жантөре Нұржанұлы

Дата подписания 28.10.2026