ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267737 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (259 Т, 4573898) Талдаушы

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	259 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Талдаушы, еріген оттектің қоюлануын өлшеуге арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оттегі анализаторлары
Қосымша сипаттама	Аталуы: Оттегі талдағыш
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдық: газ қоспаларындағы оттегінің көлемдік үлесін үздіксіз өлшеуге арналған оттегі өлшегіш. Жеткізілім құрамына кіреді: электрондық блок, зонд, монтаждау патрубогы, ұзындығы 10 м қосу кабелі, кері фланец, төлқұжат, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, тексеру сертификаты және өндіруші көздеген құжаттама жиынтығы.Құралдың өлшеу диапазоны: О 0–21 %, өлшеу диапазонын өзгерту мүмкіндігі жоқ. Зондтың сұғындырылатын бөлігінің ұзындығы — 500 мм. Қосу кабелі — 10 м. Шығыс сигналдары: аналогты 4–20 мА және екі дискреттік шығыс. Қорек көзі — 220 В, 50 Гц желісі. Құрылғының жылыту уақыты — 20/40 минут.Бақыланатын ортаның температуралық диапазоны — 0–800 °С. Құрылғыны пайдалану шарттары: Бақылау-есептеу құрылғысы үшін қоршаған ауаның температурасы — 0–60 °С. Зонд үшін — -40–тан +75 °С-қа дейін. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы — 90 %-дан аспауы тиіс. Атмосфералық қысым — 84–106,7 кПа аралығында.

Жеткізілім құрамына қосымша түрде енгізілуі тиіс: Екінші реттік құрылғыны орналастыруға арналған шкаф. Өлшенетін параметрдің апаттық немесе шекті мәндерін көрсету үшін жарық-дыбыстық дабыл жүйесі.

Сондай-ақ жеткізілім құрамына енгізу қажет: Жабдықты орнатуға жетекшілік көрсету қызметі (шеф-монтаж), ол жеткізушінің маманының кеңесін, жабдықты орнату мен қосуға бақылау жүргізуді қамтиды. Бұл қызмет жабдықты дұрыс іске қосуға және өндіруші талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2.364-2015	385262	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Анализаторы кислорода методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на анализаторы кислорода иустанавливает методику поверки анализаторов кислорода, предназначенные для непрерывного дистанционного измерения объемного содержания кислорода в газовых смесях и передачи данных на регистрирующие приборы в виде токового сигнала.	Нет ()	30	Метрология и измерения в целом	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 253-од	01.01.2017	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Джоламан Берик Арыстанбекулы
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267737
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (259 Т, 4573898) Анализатор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	259 Т
Наименование и краткая характеристика	Анализатор, для измерения концентрации растворенного кислорода
Наименование категории ОКТРУ	Анализаторы кислорода
Дополнительная характеристика	Наименование: Анализатор кислорода
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Оборудование: кислородомер для непрерывного измерения объёмной доли кислорода в газовых смесях. Поставка кислородомера в составе: электронный блок, зонд, монтажный патрубок, соединительный кабель длиной 10 м, обратный фланец, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат поверки и комплект документации, предусмотренный производителем. Диапазон измерений прибора составляет О 0–21 %, без возможности изменения диапазона измерения. Длина погружной части зонда — 500 мм. Соединительный кабель — 10 м. Выходные сигналы: аналоговый 4–20 мА и два дискретных выхода. Питание осуществляется от сети 220 В, 50 Гц. Время прогрева прибора — 20/40 минут. Температурный диапазон контролируемой среды — от 0 до 800 °С. Рабочие условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха для контрольно-вычислительного устройства — от 0 до 60 °С, для зонда — от -40 до 75 °С; относительная влажность воздуха — не более 90 %; атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа.

В составе поставки предусмотреть шкаф для размещения вторичного прибора, а также светозвуковую сигнализацию для отображения аварийных или предельных состояний измеряемого параметра.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 2.364-2015	385262	Национальный стандарт Республики Казахстан	Анализаторы кислорода методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на анализаторы кислорода иустанавливает методику поверки анализаторов кислорода, предназначенные для непрерывного дистанционного измерения объемного содержания кислорода в газовых смесях и передачи данных на регистрирующие приборы в виде токового сигнала.	Нет ()	30	Метрология и измерения в целом	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 253-од	01.01.2017

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Джоламан Берик Арыстанбекулы

Дата подписания 03.11.2026