ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268355 , Манометрлер сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (9759-2 Т, 4575488) Манометр

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9759-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, техникалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Манометр, диапазоны 0–10 кгк/см² (4212100036:83)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Корпус диаметрі 150 мм

Өлшеу диапазоны 0-10 кгк/шаршы см

Қоршаған орта температурасы: -53… +65 °C

Өлшенетін орта температурасы -40...+150 °C

Қорғау дәрежесі: IP67

Дәлдік класы ±1%

Сұрыптап алу штуцерінің материалы: AISI 316L тот баспайтын болат

Сезгіш элемент, жіксіз түтік: AISI316L тот баспайтын болат

Корпус және сақина: тот баспайтын болат

Циферблатты қорғау: шыңдалған шыны

Қозғалыс механизмі: кіріктірілген шектегіштері бар тот баспайтын болаттан жасалған

Циферблат: алюминий, қара белгілері бар ақ.

Көрсеткіш тілі: реттелетін, алюминий, қара

Процеске қосу-М20х1,5 радиалды штуцер

Пайдалану шарттары: Дірілдер, Қоршаған ортаның төмен температурасы, Вакуум, Вакуумметр, Лүпілдемелі қысым

Салмағы 0,95 кг

Салыстырып тексеру аралығы 2 жыл

Дайындауға арналған нормативтік құжат: МЕМСТ 2405-88.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989	

Қол қойған Матайбай Алдияр Алматулы

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268355 , Манометры
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (9759-2 Т, 4575488) Манометр

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9759-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, технический
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манометр, диапазон 0–10 кгс/см² (4212100036:83)
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Диаметр корпуса 150 мм

Диапазон измерения 0-10 кгс/кв.см

Температура окружающей среды: -53… +65 °C

Температура измеряемой среды -40...+150 °C

Степень защиты: IP67

Класс точности ±1%

Материал штуцера отбора: нержавеющая сталь AISI 316L

Чувствительный элемент, бесшовная трубка: нержавеющая сталь AISI316L

Корпус и кольцо: нержавеющая сталь

Защита циферблата: закаленное стекло

Механизм движения: из нержавеющей стали со встроенными ограничителями

Циферблат: алюминиевый, белый с черными отметками.

Показывающая стрелка: регулируемая, алюминиевая, черная

Присоединение к процессу-радиальный штуцер М20х1,5

Условия эксплуатации: Вибрации, Низкая температура окружающей среды, Вакуум,Вакуумметр, Пульсирующие давление

Вес 0,95 кг

Межповерочный интервал 2 года

Нормативный документ для изготовления: ГОСТ 2405-88.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора до 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент товара, необходимый Заказчику. Заказчик подает заявку по мере возникновения у Заказчика потребности в товаре. По договору поставщик не будет поставлять товар без заявки Заказчика. В случае поставки Поставщиком товара без заявки Заказчика Заказчик вправе отказаться от принятия такого товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Подписал Матайбай Алдияр Алматулы

Дата подписания 12.11.2026