ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269274 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (56 У, 4578037) Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "KMG EP-Catering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "KMG EP-Catering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	56 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер, Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер.
Қосымша сипаттама	Температура мен ылғалдылықты өлшеу құралдарын тексеру
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жанаозен Г.А.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1) Тексеру аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге белгіленген нысандағы тексеру туралы куәлікті тапсырады.

2) Егер тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралдары пайдалануға жарамсыз деп танылса (оның ішінде жөндеу мүмкін болмаған немесе экономикалық жағынан тиімсіз болған жағдайларда), Мердігер өлшеу құралының жарамсыздығы туралы хабарламаны ресімдеп, оның себептерін көрсете отырып, Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

3) Мердігер өлшеу құралдарын тексеруді жүргізу үшін білікті маманның Тапсырыс берушінің нысандарына — атап айтқанда, «ӨМГ» АҚ мұнай кен орындарындағы 20 тамақтандыру нысанына — баруын ұйымдастыруға міндеттенеді. Мердігер «ӨМГ» АҚ нысандарында қолданыстағы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және нысанға кіру ережелерін қатаң сақтауға міндеттенеді.

4) Қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама, электрондық пошта немесе өзара келісілген байланыс арналары арқылы жіберілген сұрауды алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде қызмет көрсетуді бастауға міндеттенеді.

№	Атауы	саны	
1	Тоңазытқыш шкафтарының, тоңазытқыш камераларының және басқа да салқындатқыш жабдықтардың ішкі температурасын өлшеуге арналған термометр.	152	20 тамақтану пункті: ЦДНГ-1,2,3,4,5,6,7.8/11,9,10, УПН и ПО,Каз ГПЗ-1,2, УОС-1,УЭН,ТОО "Жондеу","УПТОиКО", Вагон-асхана «Тасболат», Вагон- асхана УДТВ Жетыбай,Вагон-асхана УДТВ Актау.

2	Психрометр ВИТ-2	36	

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша: 8 72934 92658 (223)

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 8.279-78	305327	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на рабочие жидкостные стеклянные термометры по ГОСТ 27544-87, ГОСТ 400-80, ГОСТ 13646-68, а также термометры переменного наполнения типа ТЛ-1(за исключением бытовых термометров) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Настоящий стандарт не распрост	СССР (СССР)	32	Приборы для измерения температуры	Действует	УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г. N 457.	01.01.1979	

						раняется на бытовые термометры и термометры, конструкция которых не допускает погружения их чувствительного элемента в жидкостные термостаты							

Қол қойған Каражанов Ренат Жексенбаевич

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269274
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (56 У, 4578037) Услуги по поверке средств измерений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG EP-Catering"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG EP-Catering"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	56 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по поверке средств измерений, Услуги по поверке средств измерений
Дополнительная характеристика	Поверка средств измерений температуры и влажности
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., Жанаозен Г.А.
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1) После проведения поверки Исполнитель представляет Заказчику сертификат о поверке установленного образца.

2) Если средства измерений по результатам поверки признаны непригодными к применению (в том числе при невозможности или нецелесообразности ремонта), Исполнитель выписывает и выдает Заказчику извещение о непригодности средства измерений с указанием причин

3) Исполнитель обязуется обеспечить выезд квалифицированного специалиста для проведения поверки средств измерений непосредственно на объектах Заказчика — 20 пункт питания на месторождениях АО "ОМГ". Исполнитель обязуется строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и внутриобъектового режима, действующие на объектах АО "ОМГ"

4) Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством письменного уведомления, электронной почты или иных согласованных каналов связи

№	Наименование	кол-во	20 пункт питания: ЦДНГ-1,2,3,4,5,6,7.8/11,9,10,УПН и ПО,Каз ГПЗ-1,2,УОС-1, УЭН,ТОО "Жондеу", Столовая "УПТОиКО", Вагон-столовая «Тасболат», Вагон- столовая УДТВ Жетыбай,Вагон-столовая УДТВ Актау.
1	Термометр для измерения внутренней температуры холодильных шкафов,камер и т.д.	152	
2	Психрометр ВИТ-2	36	

По вопросам Технической спецификации обращаться: 8 72934 92658 (223)

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8.279-78	305327	Межгосударственный стандарт	Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на рабочие жидкостные стеклянные термометры по ГОСТ 27544-87, ГОСТ 400-80, ГОСТ 13646-68, а также термометры переменного наполнения типа ТЛ-1(за исключением бытовых термометров) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Настоящий стандарт не распространяется на бытовые термометры и термометры,	СССР (СССР)	32	Приборы для измерения температуры	Действует	УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 г. N 457.	01.01.1979

						конструкция которых не допускает погружения их чувствительного элемента в жидкостные термостаты							

Подписал Каражанов Ренат Жексенбаевич

Дата подписания 09.11.2026