ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269924 , Лазерлік қашықтық өлшегіш: сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (4713-6 Т, 4579625) Қашықтық өлшеуіш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4713-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қашықтық өлшеуіш, лазерлік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Лазерлік қашықтық өлшегіш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лазерлі қашықтық өлшегіш Басқа сипаттамалар: Қашықтық - 250 м, қашықтық өлшегіштің дәлдігі - ±1 мм.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лазерлік қашықтық өлшегіш:

1. Сипаттамалары:

1.1 Қашықтық – 250 м.

1.2 Лазер класы – 2;

1.3 Нивелирді өлшеу дәлдігі – ±1 мм;

1.4 Қуат көзі түрі – батарея.

2. Басқа сипаттамалар:

Лазерлік қашықтық өлшегіш болуы керек:

2.1. Шығарылған жылы 2025 жылдан бұрын емес.

2.2. Әлеуетті жеткізуші жеткізу кезінде паспортты қазақ және орыс тілінде ұсынуы тиіс.

3. Тексеру және сынақ: қажет емес.

4. Талаптарға міндетті сәйкестік: МемлСТ 2.456-2017

5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: пайдалану және сақтау шарттары тиісті сақталған жағдайда, тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 2.456-2017	392824	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Дальномеры лазерные Методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на лазерные дальномеры и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки. Лазерные дальномеры предназначены для измерения расстояний, вычисления площадей и объемов, а в некоторых моделях и измерения углов.	Нет ()	32	Метрология и измерения в целом	Действует	приказ председателя КТРМ МИР РК от 17 ноября 2017 года № 327-од	01.01.2019	

Қол қойған Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1269924 , Лазерный дальномер:
способом Запрос ценовых предложений на понижение**

Лот № 1 (4713-6 Т, 4579625) Дальномер

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4713-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Дальномер, лазерный
Наименование категории ОКТРУ	Лазерный дальномер
Дополнительная характеристика	Наименование: Дальномер лазерный Прочие характеристики: Дальность – 250 м, Точность дальномера - ±1 мм.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лазерный дальномер:

1. Характеристики:

1.1 Дальность – 250 м.

1.2 Класс лазера - 2.

1.3 Точность измерения нивелира - ±1мм.

1.4 Тип питания - батарея.

2. Прочие характеристики:

Лазерный дальномер должен быть:

2.1. Год выпуска не ранее 2025 года.

2.2. Потенциальный поставщик при поставке должен предоставить паспорт на казахском и русском языке.

3. Проверка и испытание: не требуется.

4. Обязательное соответствие требованиям: СТ РК 2.456-2017

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки товара, при соблюдении условий правильной эксплуатации и хранения.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 2.456-2017	392824	Национальный стандарт Республики Казахстан	Дальномеры лазерные Методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на лазерные дальномеры и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки. Лазерные дальномеры предназначены для измерения расстояний, вычисления площадей и объемов, а в некоторых моделях и измерения углов.	Нет ()	32	Метрология и измерения в целом	Действует	приказ председателя КТРМ МИР РК от 17 ноября 2017 года № 327-од	01.01.2019

Подписал Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Дата подписания 09.11.2026