ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269952 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (996-2 Т, 4579684) Манометр

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	996-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, техникалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Үш жақты краны бар жалпы мақсаттағы манометрлер ОБМ1-100 МЕМСТ 21345-2005 Құрылғының түрі-манометр; Корпустың диаметрі - 100 мм; Дәлдік класы-2,5; Қысымды өлшеу диапазоны-0-ден 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 бар; Шаңнан қорғау дәрежесі-IP40; Фланецті орындау-фланецсіз; Арматураның орналасуы радиалды; Бекіту жіптері-М20×1,5; Тексеру аралығы-1 жыл; Қоршаған ортаның температурасы -50 °С-тан +60 °С-қа дейін; Корпус материалы-Тот баспайтын болат; Шыны материалы - техникалық шыны; Трибо-сектор механизмінің материалы-жез қорытпасы; Арматура мен құбырлы серіппенің материалы-мыс қорытпасы.
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Үш жақты краны бар жалпы мақсаттағы манометрлер ОБМ1-100 ГОСТ 21345-2005 аспаптың түрі-көрсететін манометр; корпустың диаметрі - 100 мм; дәлдік класы-2,5; қысымды өлшеу диапазоны-0-ден 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 бар; шаңнан қорғау дәрежесі — IP40; фланецті орындау-фланецсіз; фитингтің орналасуы-радиалды; бекіту жіптері — М20×1,5; тексеру аралығы — 1 жыл; Қоршаған орта температурасы -50 °С-тан +60 °С-қа дейін; корпус материалы - Тот баспайтын болат; Материал шыны-техникалық шыны; Трибо-сектор механизмінің материалы-жез қорытпасы; фитинг және құбырлы серіппе материалы-мыс қорытпасы.

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269952
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (996-2 Т, 4579684) Манометр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	996-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, технический
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ГОСТ 21345-2005 Тип прибора — манометр показывающий; Диаметр корпуса — 100 мм; Класс точности — 2,5; Диапазон измерения давления — от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 bar; Степень пылевлагозащиты — IP40; Исполнение фланца — без фланца; Расположение штуцера — радиальное; Присоединительная резьба — М20×1,5; Межповерочный интервал — 1 год; Температура окружающей среды — от −50 °С до +60 °С; Материал корпуса — нержавеющая сталь; Материал стекла — техническое стекло; Материал трибко-секторного механизма — латунный сплав; Материал штуцера и трубчатой пружины — медный сплав.
Количество	6.000
Единица измерения	Комплект

Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ГОСТ 21345-2005 Тип прибора — манометр показывающий; Диаметр корпуса — 100 мм; Класс точности — 2,5; Диапазон измерения давления — от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 bar; Степень пылевлагозащиты — IP40; Исполнение фланца — без фланца; Расположение штуцера — радиальное; Присоединительная резьба — М20×1,5; Межповерочный интервал — 1 год; Температура окружающей среды — от −50 °С до +60 °С; Материал корпуса — нержавеющая сталь; Материал стекла — техническое стекло; Материал трибко-секторного механизма — латунный сплав; Материал штуцера и трубчатой пружины — медный сплав.

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	09.11.2026