ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 95 (1164 Т, 4581096) Манометр

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1164 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, дірілге төзімді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Түрі: Дірілге төзімді манометрлер
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамалары:

Манометр дірілге төзімді коррозияға төзімді.

Өлшеуіш диапазондары*: 0-40 бар.

Өлшем бірліктері*: бар.

Корпустың номиналды диаметрі: 100 мм.

Дәлдік класы: 1.0.

Аспаптарды қорғау дәрежесі: IP65 (≤ 600 кПа), IP67 (≥ 1 МПа).

Бекіту арматурасының материалы: Тот баспайтын болат.

Бекіту арматурасының жіптері: М20х1, 5;

Бекіту фитингінің орналасуы: радиалды.

Корпус материалы: Тот баспайтын болат.

Шыны: көп қабатты қауіпсіз.

Қабық: тот баспайтын болат, штангалық қосылыс.

Теру: ақ түске боялған алюминий қорытпасы.

Механизм: тот баспайтын болат.

Құбырлы серіппе: тот баспайтын болат.

Демпферлік сұйықтық: глицерин.

Теруге таңбаларды қолдану: Жасалған жылы.

Кірістірілген қызыл көрсеткіні орнату.

Өлшемдері, ВхШхГ: 5,2х11, 5х16 см.

Салмағы (кг.): 0,9.

Орындау: қауіпсіз.

Гидр толтыру: иә.

Қазақстан Республикасында ТИ тіркеу туралы деректерді тексеру сертификатын ұсыну

* Қолданылатын техникалық регламенттерге, стандарттарға сәйкестік сертификаты / сәйкестік туралы декларация (егер тауар ҚР-да міндетті сертификаттауға жататын өнімдер тізбесіне кіретін болса)

* Жеткізілетін тауардағы жергілікті қамтуды растайтын құжаттар (тауар ҚР аумағында шығарылған жағдайда):

* Жеткізілетін өнім дайындаушы зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

* Төлқұжат және Si тексеру сертификаты.

* Кепілдік мерзімі 24 ай.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 95 (1164 Т, 4581096) Манометр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1164 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, виброустойчивый
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Тип: Манометры виброустойчивые
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики:

Манометр виброустойчивый коррозионностойкий.

Диапазоны измерений манометров*: 0 - 40 бар.

Единицы измерения*: бар.

Номинальный диаметр корпуса: 100 мм.

Класс точности: 1,0.

Степень защиты приборов: IP65 (≤ 600 кПа), IP67 (≥ 1 МПа).

Материал присоединительного штуцера: нержавеющая сталь.

Резьба присоединительного штуцера: М20х1,5;

Расположение присоединительного штуцера: радиальное.

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Стекло: многослойное безопасное.

Обечайка: нержавеющая сталь, байонетное соединение.

Циферблат: алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет.

Механизм: нержавеющая сталь.

Трубчатая пружина: нержавеющая сталь.

Демпфирующая жидкость: глицерин.

Нанесение символов на циферблат: года изготовления.

Установка встраиваемой красной стрелки.

Размеры, ВхШхГ: 5,2х11,5х16 см.

Вес (кг.): 0,9.

Исполнение: безопасное.

Гидр заполнение: да.

Предоставить сертификат поверки, данные о регистрации СИ в Республике Казахстан

- Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК)

- Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

- Паспорт и Сертификат о поверке СИ.

- Гарантийный срок 24 месяца.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026