ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270587 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (69 Т, 4581340) Штангенциркуль

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	69 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штангенциркуль, электронды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Штангенциркул
Қосымша сипаттама	-
Саны	19.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы к., ул.Гончарная 2-я, 145а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрондық штангенциркуль

Осы ерекшеліктің шеңберінде Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Тауарды осы ерекшелікте көрсетілген талаптар мен техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізуге міндеттенеді. Жеткізілетін тауарлар жаңа, үшінші тұлғалардың құқықтарынан босатылған және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сай болуы керек.

1. Тауарды жеткізу орны

КАТО 2026г.	**Қала**	**Мекенжайы**
750000000	қ.Алматы	к.Қыш 2-ші, 145а

2. Жалпы талаптар

· Тауар өндірушінің зауыттық қаптамасында жаңа (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) болуы тиіс;

· Тауарға орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық қоса берілуі керек;

· Тауарға кепілдік мерзімі-жеткізілген тауарға қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.

3. Техникалық талаптар

· Электрондық штангенциркуль бұйымдардың сыртқы және ішкі өлшемдерін, сондай-ақ саңылаулар мен ойықтардың тереңдігін өлшеуге арналған болуы керек. Өлшеу нәтижелері сандық сұйық кристалды дисплейде көрсетілуі керек.

· Электрондық штангенциркуль 1-кестеде көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

Кесте 1. Техникалық сипаттамалар

Түрі	Электрондық (цифрлық), сұйық кристалды дисплейі бар
Өлшем диапазоны	Кемінде 0-150 мм
Өлшемдердің қателігі	±0,02 мм артық емес – 100 мм дейінгі диапазонда; ±0,03 мм–ден артық емес - 100 мм-ден жоғары диапазонда
Өлшем түрлері	Сыртқы өлшемдері, ішкі өлшемдері, тереңдігі (тереңдік өлшегіштің болуы)

Материал	Аспаптық тот баспайтын болат
Тамақтандыру	SR44 (1,5В) типті қоректендіру элементі, ауыспалы
Қорап	Пластик, қақпағы сенімді бекітілген және жұмсақ төсемі бар
Құрамы	Электрондық штангенциркуль; пластикалық қорап; SR44 қуат элементі (бұйымға орнатылған); орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық

4. Саны

19 дана

МЕМСТ 166-89

Қол қойған	Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270587
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (69 Т, 4581340) Штангенциркуль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	69 Т
Наименование и краткая характеристика	Штангенциркуль, электронный
Наименование категории ОКТРУ	Штангенциркули
Дополнительная характеристика	-
Количество	19.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штангенциркуль электронный

В рамках настоящей спецификации Поставщик обязуется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора поставить Товар в соответствии с требованиями и техническими характеристиками, указанными в настоящей спецификации. Поставляемый Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности.

1. Место поставки Товара

КАТО 2026г.	**Город**	**Адрес**
750000000	г.Алматы	ул.Гончарная 2-я, 145а

2. Общие требования

· Товар должен быть новым (не в бывшем употреблении, не восстановленным), в заводской упаковке производителя;

· Товар должен сопровождаться инструкцией по эксплуатации на русском языке;

· Гарантийный срок на Товар –12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

3. Технические требования

· Электронный штангенциркуль должен быть предназначен для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также глубин отверстий и канавок. Результаты измерений должны отображаться на цифровом жидкокристаллическом дисплее.

· Электронный штангенциркуль должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Тип	Электронный (цифровой), с жидкокристаллическим дисплеем
Диапазон измерений	Не менее 0–150 мм
Погрешность измерений	Не более ±0,02 мм – в диапазоне до 100 мм; не более ±0,03 мм – в диапазоне свыше 100 мм
Виды измерений	Наружные размеры, внутренние размеры, глубина (наличие глубиномера)

Материал	Инструментальная нержавеющая сталь
Питание	Элемент питания типа SR44 (1,5 В), сменный
Футляр	Пластиковый, с надёжной фиксацией крышки и мягким ложементом
Состав	Штангенциркуль электронный; пластиковый футляр; элемент питания SR44 (установлен в изделие); инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Количество

19 штук

ГОСТ 166-89

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	11.11.2026