ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 31 (1333 Т, 4583058) Манометр

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1333 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, дифференциалды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Түрі: Манометр
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: МП4-УК манометрі

Өлшеу диапазоны: 0-16 кгс / см2 (≈0-1. 6 МПа)

Құрылғы түрі: жалпы техникалық көрсеткіш манометр

Мақсаты: оттегі, ацетилен, хладондарды қоса алғанда, агрессивті емес, кристалданбайтын орталардың (сұйықтықтар, бу, газ) артық қысымын өлшеу

Стандарт: ГОСТ 2405-88, ГОСТ 15150-69.

Корпустың номиналды диаметрі 160 мм

Дәлдік класы 1.5

IP54 қорғаныс класы (шаңнан қорғалған)

Қосылыс түрі радиалды, эксцентрлік-осьтік

М20×1.5 жіп

Кілттің өлшемі 17 мм

Корпус материалы қара боялған болат

Серіппелі Материал мыс қорытпасы (16 кгс / см2 диапазонына арналған көп айналымды серіппе)

Теру алюминий қорытпасы, ақ түсті

Техникалық Шыны

Өлшенетін ортаның температурасы +150°С дейін (салқындатқыш болған жағдайда)

Қоршаған ортаның температурасы -50°С-тан +60°С-қа дейін

Дірілге төзімділік ГОСТ 12997-84 бойынша L3 тобы.

Жинақтау

Пломбасы бар Манометр

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кепілдік талоны

Тығыздау сақинасы

Жеке орау.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 31 (1333 Т, 4583058) Манометр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1333 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, дифференциальный
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Тип: Манометр
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Манометр МП4-Уф

Диапазон измерения: 0–16 кгс/см² (≈ 0–1.6 МПа)

Тип прибора: Общетехнический показывающий манометр

Назначение: Измерение избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся сред (жидкости, пар, газ), включая кислород, ацетилен, хладоны

Стандарт: ГОСТ 2405-88, ГОСТ 15150-69.

Номинальный диаметр корпуса 160 мм

Класс точности 1.5

Класс защиты IP54 (пылевлагозащищённый)

Тип соединения Радиальное, эксцентрично-осевое

Резьба присоединения M20×1.5

Размер под ключ 17 мм

Материал корпуса Сталь, окрашенная в чёрный цвет

Материал пружины Медный сплав (многовитковая пружина для диапазона 16 кгс/см²)

Циферблат Алюминиевый сплав, белого цвета

Стекло Техническое

Температура измеряемой среды до +150°C (при наличии охладителя)

Температура окружающей среды от –50°C до +60°C

Виброустойчивость Группа L3 по ГОСТ 12997-84.

Комплектация

Манометр с пломбой

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Уплотнительное кольцо

Индивидуальная упаковка.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026