ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271499 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (267 Т, 4583770) Сэмплер конусы

Тапсырыс беруші: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	267 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сэмплер конусы, спектрометр үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сэмплерлер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Үлгі конусы плазмадан иондарды енгізеді бірінші вакуумдық фаза (интерфейс аймақ), әрі қарай иондар самплер конусы арқылы өтеді масс-спектрометр
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Созакский рн. Рудник Канжуган, лаборатория ТОО «ИВТ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Самплер конусы плазмадан иондарды енгізеді бірінші вакуумдық фаза (интерфейс аймақ), ә рі қарай иондар самплер конусы арқылы өтеді масс-спектрометр. Бұл никель сынамасын алу конусы ICP-MS nexion-350 аналитикалық жабдығында аспаптармен бірге қолданылады және дәл өлшеу үшін тиімді сынама алуды қамтамасыз етеді. каталог нөмірі w1033612. W1 033612. Дайындаушы зауыттан сапа сертификатының болуы. Тасымалдау/сақтау шарттары: тауар жеке амортизациялық қаптамаға салынып, қозғалыстан бекітілетін тығыз картоннан ж асалған сыртқы көлік қорабына салынуы тиіс. Тасымалдау кезінде механикалық зақымға, ыл ғалға, тікелей күн сәулесіне және температураның күрт өзгеруіне жол бермеңіз.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 15624-75	300459	Межгосударственный стандарт	Масс-спектрометры. Термины и определения	МКС: 01.040.17, 17.180.30 КГС: П00	СССР (СССР)	11	Метрология и измерения. Физические явления (Словари)	Действует		01.07.1976	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Гилёва Наталия Георгиевна

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271499
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (267 Т, 4583770) Конус сэмплера

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	267 Т
Наименование и краткая характеристика	Конус сэмплера, для спектрометра
Наименование категории ОКТРУ	Сэмплеры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Конус сэмплера вводит ионы из плазмы в первая вакуумная фаза (интерфейс зона), дальше ионы проходят через конус самплера в масс-спектрометр
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Созакский рн. Рудник Канжуган, лаборатория ТОО «ИВТ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Конус самплера вводит ионы из плазмы в первая вакуумная фаза (интерфейс зона), дальше и оны проходят через конуса самплера в масс-спектрометр. Этот никелевый пробоотборный конус используется с приборами в аналитическом оборудовании ICP-MS NexION-350 и обеспечивает эффективное пробоотбора образцов для точных измерений.

Номер в каталоге **W1033612**.

Наличие сертификата качества от завода изготовителя.

Условия перевозки/хранения: Товар должен быть упакован в индивидуальную амортизирующую упаковку и помещена во внешнюю транспортную коробку из плотного картона с фиксацией от перемещения. При транспортировке не допускать механических повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 15624-75	300459	Межгосударственный стандарт	Масс-спектрометры. Термины и определения	МКС: 01.040.17, 17.180.30 КГС: П00	СССР (СССР)	11	Метрология и измерения. Физические явления (Словари)	Действует		01.07.1976

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Гилёва Наталия Георгиевна

Дата подписания 16.11.2026